

(연구장비)규격서

품 명	영 문	Cedrus Lumina System	수 량	1	구분	국내물품()
	국 문	시드러스 루미나 시스템				국외물품(0)
모델명	Lumina System					
원산지	미국					
제조 회사	Cedrus Corporation					
주요구성 부분 및 SPECIFICATION						
1. 용도 기능영상을 사용하는 심리학 실험에서 실험자의 컴퓨터를 MRI 스캐너와 동기화 하고 참가자의 반응을 수집하는 인터페이스 장치입니다. "Lumina Response System"에는 버튼패드(3B pad), 신호입출력 인터페이스 장치(3G+), 광케이블 일체가 포함되어 있습니다. 참조: https://cedrus.com/store/lumina.html 2. 세부규격(성능 및 사양) 반응 패트(Lumina 3B pad): 3-버튼 패트가 18피트 광케이블로 OTEC(optical converter) 박스에 연결. 참조: https://cedrus.com/store/lumina-response-pads/lp-3b.html 컨트롤러(3G+): USB포트 baud rates 115200, 57600, 19200, 9600. 버튼반응 시간 500μs 이하, 스캐너 트리거신호 반응 시간 10μs 이하 참조: https://cedrus.com/lumina/specs.htm 3. 표준 및 부속품(주요 자재 및 설비) 컨트롤러: 3G+ Controller unit, Mini USB Cable, Medically rated AC Adapter, 컨트롤러 케이블: MRI실 내부 65피트 케이블, MRI실 외부 65피트 케이블 보증: Lumina 3-Year Premium Warranty, 참조: https://cedrus.com/store/lumina.html 4. 선택부속 또는 추천부속품(주요 공사) 반응 패드: 3버튼 LP-3B (3 button) pad, OTEC unit, 15피트 광케이블 5. A/S기간 등 기타사항 3년 보증						

※ 작성 요령

본 규격서는 입찰공고에 게시되는 양식으로서 원하는 사양을 모두 빠짐없이 작성하여야 함.

① 품명 및 수량 : 구매 요청한 물품의 이름 등을 기재하되 하나의 시스템 안에 제작사나 제조업체가 다른 독립된 기능을 갖는 물품이 여러 개인 경우에는 각각의 품명을 구분하여 작성

※ 주장비(Main Part), 보조 장치(Accessory), 부대장비(Option 또는 Attachment) 등 따로 구분하여 작성

② 규격 : 규격은 되도록 상세하게 작성, 각 부속이 있다면 단위(개,대)까지 작성(되도록 국문으로 작성)